

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 38510000-3 Мікроскопи (ДК 021:2015 38518100-0 Широкопольні мікроскопи) (НК 024:2023 35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення) (НК 031:2024 - Z12011101 – 5 - МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ - Мікроскопи), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської ради. Україна, 58001, м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4, код ЄДРПОУ 02005757.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 38510000-3 Мікроскопи (ДК 021:2015 38518100-0 Широкопольні мікроскопи) (НК 024:2023 35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення) (НК 031:2024 - Z12011101 – 5 - МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ - Мікроскопи)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-26-007162-a

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 666 000,00 грн (Сім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для закупівлі визначений в сумі 7 666 000,00 грн. (Сім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ за КПКВ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 3210, 3110 відповідно до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі була визначена виходячи із розміру бюджетного призначення у сумі 7 666 000,00 грн (Сім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч гривень, 00 копійок).

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської ради та з урахуванням вимог законодавства. КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» ЧМР надає високоспеціалізовану хірургічну допомогу населенню області за широким спектром спеціальностей і є єдиним лікувальним закладом області, що має ліцензію Міністерства охорони здоров'я (наказ МОЗ від 26.02.2020 № 554) здійснювати означену діяльність хірургічного напрямку в дитинстві.

Мікрохірургічні втручання в дитячій офтальмології потребують надсучасного обладнання (лазерного, оптичного, тощо), що є запорукою виконання сучасних вимог визначених МОЗ України, НСЗУ. Офтальмологічна хірургія вимагає високого ступеня точності під-час маневрування інструментами та проведення маніпуляцій з делікатною тканиною ока. Офтальмологічний мікроскоп є одним з найважливіших інструментів в хірургії ока, що дозволяє офтальмохірургам візуалізувати мікроанатомічні деталі та виконувати ефективні та надзвичайно точні рухи.

З метою, здійснення діяльності в наданні офтальмологічної допомоги дитячому населенню, лікарня нагально потребує придбання сучасного офтальмологічного мікроскопа у базовій комплектації з асистентом для хірургії: страбізму, глаукоми, катаракти, тощо.

Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

КІЛЬКІСНІ І ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (опис предмета закупівлі):

№ з/п	Предмет закупівлі	Од. виміру	Кількість одиниць
1	Мікроскоп хірургічний	комплект	1

№ з/п	Технічні вимоги	Відповідність Так/ні
1.	Діапазон збільшення, від не більше 4x до не менше 21.5x при використанні окулярів 10x та об'єктиву 200 мм	
2.	Перемикач збільшення 1) моторизоване або з електроприводом 2) Коефіцієнт збільшення не менше 6:1	
3.	Стереобаза, не менше 24 мм	
4.	Оптика мікроскопу: апохроматична	
5.	Робоча відстань 200 мм	
6.	Максимальний діаметр поля зору (або поля огляду) не менше 54 мм при використанні окулярів 10x та об'єктиву 200 мм	
7.	Наявність освітлення LED або світлодіодного	
8.	Потужність освітлення не більше 50 Вт	
9.	Наявність блоку XY (або XY муфти), з діапазон переміщення, не менше 50 x 50 мм, з автоматичним скиданням	
10.	Можливість регулювання швидкості руху по XY	
11.	Можливість налаштування швидкості Focus або фокусування	
12.	Максимальний виніс штативу або діапазон подовження, не менше 1320 мм	
13.	Основа штативу не більше ніж 735 мм x 735 мм	
14.	Вертикальний хід штативу не менше 720 мм	
15.	Наявність електромагнітних гальм	
16.	Ножна педаль або ножний перемикач 1) Не менш ніж на 12 функцій 2) Бездротовий	
17.	Наявність УФ фільтрів, захисту від ультрафіолету	
18.	Наявність блоку освітлення для створення чіткого та стабільного червоного рефлексу або Вбудована система покращення червоного рефлексу	
19.	Наявність сенсорної панелі (або тонкоплівочного дисплею) на штативі мікроскопу	
20.	Можливість дооснащення ширококутною системою RUV800 або EIBOS 2	
21.	Вага мікроскопа, не більше 330 кг	
22.	В комплекті має постачатись цифрова камера з роздільною здатністю не менше 4К та швидкістю передачі зображення 60 к/с. Камера повинна забезпечувати можливість запису відео та фото на USB носій та мати адаптер для монтажу на мікроскопі.	